



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАСХОДОМЕТРИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

РФ, 420029, г.Казань, ул.2-я Азинская, 7а  
тел. / факс. (843) 272-10-02,  
e-mail: vniir\_5@mi.ru

№ 3297/02-5

« 16 » 11 2006 г.

Директору НПП «Ирвис»  
Кратирову Д.В.

Уважаемый Дмитрий Вячеславович!

В ответ на Ваш исх. № 267 от 15.11.2006 г. сообщаем следующее:

ФГУП ВНИИР для преобразователей расхода, расходомеров и счетчиков вихревого типа модельного ряда предприятия НПП «Ирвис», согласовывает применение прямых участков с отклонениями внутреннего диаметра, превышающих нормированные в эксплуатационной документации, при условии совместной поверки приборов с этими участками на поверочной установке.

ФГУП ВНИИР для преобразователей расхода, расходомеров и счетчиков вихревого типа модельного ряда предприятия НПП «Ирвис» согласовывает применение конфигураций трубопроводов отличающихся от нормированной в технической документации при условии совместной поверки канала объемного расхода приборов на поверочной установке.

На участках должны быть нанесены индивидуальные номера методом ударного клеймения, а в сопроводительной документации приборов сделана соответствующая запись в разделе «Сведения о поверке».

Зам. директора

В.А. Фафурин